



República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Ouvidor
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

ANEXO I – PROPOSTAS E CREDENCIAMENTO

af



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS
Credenciamento do Pregão Nº 08/2018
Processo Número: 164/2018
Data da Sessão: 22/05/2018, AS 08:30h

CNPJ XX.XXX.XXX-XXXX-XX:	Razão Social:
Endereço - Logradouro:	Nº:
Complemento Qd.X, Lt.X., Sl.X	Bairro:
Município:	CEP XX.XXX-XXX:
Telefone (XX)XXXX-XXXX:	Fax (XX)XXXX-XXXX:
Email:	
Nome do Representante:	CPF XXX.XXX.XXX-XX:
RG:	
Classificação do Representante (0 = sócio ou 1 = procurador):	
Nome do Banco:	Nº Banco:
Nº e Dígito Agência XXXXX-XX:	Nº e Dígito Conta XXXXX-X:
Atividade Principal da Empresa:	
Classificação da Empresa (0 = Grande Porte, 1 = Médio Porte, 2 = Pequeno Porte, 3 = Micro Empresa, 4 = Cooperativa e Microempresa ou Emp. de Pequeno Porte c/ direito de preferência que trata a lei 123 (0 = Não ou 1 = Sim):	0
Microempresa ou Emp. de Pequeno Porte c/ direito de preferência Local/Regional (0 = Não ou 1 = Sim):	0
Microempresa ou Emp. de Pequeno Porte c/ direito de preferência Local/Regional (0 = Não ou 1 = Sim):	0

Instruções Para o Preenchimento:

- Informe todos os campos das células em Amarelo.
- Para CNPJ, CPF, CEP, Telefone, Fax, Agência e Conta siga os padrões definidos!



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS
Planilha para Proposta do Pregão Nº 08/2018
Processo Número: 164/2018
Data da Sessão: 22/05/2018, AS 08:30h

CNPJ:								
Item	Unidade	Qtidade	Descrição do Produto	Especificação do Produto	Marca Proposta	Valor Unitário	Total	Item Exclusivo para ME/EPP:
1	unidades	4	IMPRESSORAS	impressoras a laser, Especificação mínima, que esteja em linha de produção pelo fabricante, impressora laser com padrão de cor monocromático, resolução mínima de 1200 x 1200 DPI, velocidade de 35 páginas por minuto PPM, suportar tamanho de papel a5, a4 carta e ofício, capacidade de entrada de 200 páginas, ciclo mensal de 50.000 páginas, interface USB, permitir compartilhamento por meio e rede 10/100/100 ethernet e WIFI 802.11 b/g/n, suportar frente e verso automático, o produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento garantia de 12 meses.		R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim

2 unidades	20 COMPUTADOR DESKTOP	<p>ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE COMPUTADOR DESKTOP ALL IN ONE COM PROCESSADOR NO MÍNIMO INTEL CORE I3, POSSUIR 1 (UM) DISCO RÍGIDO DE 500 GIGABYTE MEMÓRIA RAM DE 08 (OITO) GIGABYTES, MODELO ALL IN ONE, NOVOS, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO GARANTIA DE 12 MESES.</p>	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
3 unidades	1 TELA DE PROJEÇÃO	<p>Deve estar em linha de produção pelo fabricante, Tela projeção com tripé retrátil manual, Área visual de aproximadamente 1,80 x 1,80 m (+ ou - 10%) Deverá possuir estojo em alumínio com pintura eletrostática resistente a riscos e corrosões, Possuir poste central com resistência e sustentação suficiente para atender a especificação da tela citada acima, Deverá possuir superfície de projeção do tipo matte white (branco opaco) ou similar, que permita ganho de brilho, possuir bordas pretas que permita enquadramento da imagem. O equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento, Garantia mínima de 12 meses.</p>	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim

4	unidades	PROJETOR MULTIMÍDIA (DATASHOW 2)	<p>Deve estar em linha de produção pelo fabricante, deve possuir tecnologia LCD com matriz ativa TFT com 16 milhões de cores. Resolução mínima nativa de 1024 x 768 e compatibilidade 16:9. Deve possuir interfaces de comunicação, sendo 01 (uma) VGA e 01 (uma) HDMI. Deve possuir entrada USB.</p> <p>Luminosidade mínima de 2500 lumens. Alto-falante integrado no projetor com o mínimo de 1W de potência. Alimentação automática 100-120V, 220-240V. Controle remoto IR, cabo de alimentação, cabo VGA.</p> <p>Manual do usuário. Suporta apresentações a partir de um pen-drive direto no projetor (sem o uso de pc). O equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento. Garantia mínima de 12 meses.</p>	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
5	unidades	1 MESA DE REUNIÃO	Material de confecção madeira/MDF/MDP/Similar. retangular com pelo menos 1,80 de comprimento, para 8 lugares	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
6	unidades	3 MESA DE ESCRITÓRIO	Material de confecção madeira/MDF/MDP/Similar com 02 gavetas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
7	unidades	4 ARMÁRIO	Dimensões: altura de 180 a 210cm e largura de 70 a 110cm com 04 prateleiras com capacidade mínima da prateleira de 40kg. Material de confecção: aço	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim

8 unidades	20	CADEIRA DE ESCRITÓRIO FIXA	Material de confecção aço/ferro pintado, sem braços.sem rodizio. sem regulação de altura. assento e encosto em polipropileno	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
9 unidades	1	HD EXTERNO 2 TB	Um HD externo com no mínimo 02 tb de memoria	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
10 unidades	12	TABLETS	Tablet Android 6.0 ou superior. Tela de no mínimo 10 polegadas. Processador no mínimo Quad Core de 1,3 GHz ou simila. Armazenamento interno de no mínimo 16 GB. Câmera traseira de no mínimo 5MP ou superior e a frontal de no mínimo 1.3MP ou superior. possui caneta touchscreen, USB, Wifi e 4G. Garantia de 12 meses.	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim

11 unidades	2 NO BREAK	1200 VA SMS para computador, ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE NO-BREAK COM POTÊNCIA NOMINAL DE 1,200 KVA POTÊNCIA REAL MÍNIMA DE 600W, TENSÃO ENTRADA 115/127/220 VOLTS (EM CORRENTE ALTERNADA) COM COMUTAÇÃO AUTOMÁTICA, TENSÃO DE SAÍDA 220 VOLTS (A SER DEFINIDA PELO SOLICITANTE), ALARMES AUDIOVISUAL, BATERIA INTERNA SELADA. AUTONOMIA A PLENA CARGA MÍNIMO 15 MINUTOS CONSIDERANDO CONSUMO DE 240 WATS, POSSUIR NO MÍNIMO 06 TOMADAS DE SAÍDA PADRÃO BRASILEIRO, O PRODUTO DEVERÁ SER NOVO, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO, GARANTIA DE 12 MESES.	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
12 unidades	9 CADEIRA PARA ESCRITORIO RODIZIO	Material de confecção. aço/ferro pintado. com braços. com rodizio. com regulação de altura. assento e encosto em polipropileno	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
13 unidades	3 AR CONDICIONADO 12.000 BTUS	Modelo Split com capacidade de 12.000BTUS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
14 unidades	1 AR CONDICIONADO 18.000 BTUS	Modelo Split com capacidade de 18.000BTUS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
15 unidades	3 TELEVISOR	Televisor 42 polegadas de LED com conversor integrado e entrada USB	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim

16 unidades	1	GELADEIRA REFRIGERADOR	Duplex, Prateleira no congelador removível, Classe A em consumo de energia , Capacidade mínima total de armazenamento: 260 litros, Classificação de consumo: Selo Procel, Recipiente para guardar gelo, Prateleiras na porta, Iluminação interna, Gavetão de legumes, Porta garrafas: capacidade mínima para 4, Degelo do freezer automático, Controle de temperatura do refrigerador: painel de controle externo, Controle de temperatura do freezer: botão interno, Pés com rodas niveladoras, Prateleiras/cestos, Temperatura uniforme, Cor branca, Tensão 110 / 220V, Garantia: 12 meses.	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
17 unidades	1	CAIXA DE SOM	Formato retangular, Potência RMS 80W, Bluetooth, entrada USB, SD card e sintonizador/receptor FM com controle remoto / Auxiliar - tablets, celulares, MP3, CD, DVD, TV / Microfone, Tocador de áudio digital, Voltagem bivolt, Frequência 50/60Hz, 2 entradas independentes de microfones, equalizador 2 vias (graves/agudo), Dimensões Altura 56,5 cm. Largura, 42,3 cm. Profundidade 25,2 cm.	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim

18	unidades	1	MÁQUINA FOTOGRÁFICA	Câmera Foto Filmadora Digital Semiprofissional, Definição de imagem Full HD, com gravador de vídeo. Cartão de memória 8GB, Número de Pixels 16.0 MP e Zoom Óptico 30x	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
19	unidades	2	CARRO MACA SIMPLES	MATERIAL DE CONFEÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL SUPORTE DE SORO/COLCHONETE POSSUI/POSSUI GRADES LATERAIS POSSUI.	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
20	unidades	2	OXIMETRO DE PULSO	TIPO: PORTÁTIL (DE MÃO), sensor de SPO2: 01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
21	unidades	1	CARRO DE CURATIVO	MATERIAL DE CONFEÇÃO AÇO INOXIDÁVEL acessório balde e bacia	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
22	unidades	2	CARRO PARA MATERIAL DE LIMPEZA	MATERIAL DE CONFEÇÃO: POLIPROPILENO, SACO DE VINIL: POSSUI, KIT C/ MOPs LÍQUIDO E PÓ, PLACA SINALIZ. E PÁ: POSSUI, BALDE ESPREMEDOR: POSSUI	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
23	unidades	1	REANIMADOR PULMONAR MANUAL PEDIÁTRICO (AMBU)	RESERVATÓRIO: POSSUI, MATERIAL DE CONFEÇÃO: SILICONE	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
24	unidades	1	REANIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO (AMBU)	RESERVATÓRIO: POSSUI, MATERIAL DE CONFEÇÃO: SILICONE	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
25	unidades	1	BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO	MATERIAL DE CONFEÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL, - APOIO DO BRAÇO: AÇO INOXIDÁVEL, TIPO: PEDESTAL ALTURA REGULÁVEL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
26	unidades	2	SUPORTE PARA SORO	MATERIAL DE CONFEÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL, TIPO: PEDESTAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
27	unidades	1	MESA DE MAYO	MATERIAL DE CONFEÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
28	unidades	1	NEGATOSCÓPIO	TIPO: LÂMPADA FLUORESCENTE/ 2 CORPOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim

29 unidades	1	CENTRAL DE NEBOLIZAÇÃO	TIPO/ Nº DE SAÍDAS: COMPRESSOR/4 SAÍDAS, SUPORTE COM RODÍZIOS NÃO POSSUI, POTÊNCIA MÍNIMO 1/4 HP.	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
30 unidades	3	ESFIGNOMANÔMETRO ADULTO	aparelho de pressão aneróide com manometro com medição de 0 a 300mmHg. Fabricado com material de alta qualidade, com caixa injetada em liga de zinco/alumínio com pintura de alta resistência, com mostrador plano e braçadeira em velcro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
31 unidades	5	BALDE COM PEDAL	MATERIAL DE CONFEÇÃO/CAPACIDADE- INOX DE 30L ATÉ 49L	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
32 unidades	2	VEÍCULO TIPO PASSEIO	zero km, ANO MODELO 2018/2018 OU SUPERIOR, CAPACIDADE PARA 5 PESSOAS, MOTORIZAÇÃO= POTENCIA MINIMA DE 1.0, BICOMBUSTIVEL, TIPO DE DIREÇÃO HIDRÁULICA / ELÉTRICA AR CONDICIONADO, cor branca, vidro ELETRICO = POSSUI 04 PORTAS CÂMBIO MANUAL CAPACIDADE 5 LUGARES FREIOS ABS/AIRBAG DUPLA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Não

33 unidades	<p>AUTOCLAVE PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR SOB PRESSÃO</p>	<p>ESTERILIZAÇÃO A VAPOR SOB PRESSÃO, 21 LTS, Sistema de rastreabilidade, Câmara horizontal Digital, temperatura e pressão exibidos por LEDs. Sistema com microcontrolador, Ciclo eletrônico de esterilização. Pressão e temperatura de trabalho (etapa de terilização) 1,7 kgf/cm2 a 1,8 kgf/cm2 / 126 a 129C Desaeração e despressurização Automáticas, Secagem com porta entreaberta Sistema de ajuste de altitude Pot: 1.600 Watts Voltagem: Bivolt automático 127 V - 220 V Consumo elétrico: 485 Watts/hora Dimensões internas da câmara (D x P): 25 x 43 Material da Tampa e Câmara: Aço inox possuir 3 bandejas de alumínio anodizado, 1 suporte para bandejas, 1 copo graduado . E demais especificações contidas no termo de referencia</p>		R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
-------------	---	---	--	----------	----------	-----

34 unidades	2	AMALGAMADOR	<p>Vibrador para amálgamas e ionômeros em cápsulas pré-dosificadas. Painel digital com acionamentos por micro switch. Haste batedora com dupla velocidade Média: 4200 oscilações por minuto Alta: 5000 oscilações por minuto Possui grande amplitude e movimento helicoidal elíptico em ? Indicado para todos os tipos de materiais odontológicos encapsulados. Garfo metálico com sistema universal, permitindo a fixação de todos os modelos de cápsulas de amálgama, inclusive cápsulas com êmbolos (ionômeros de vidro). Sistema de amortecedores que anulam as vibrações transmitidas pela frequência da haste. bivolt automático. e demais especificações contidas no termo de referencia.</p>	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
-------------	---	-------------	--	----------	----------	-----

35 unidades	JATO DE BICARBONATO COM 2 ULTRASSOM	<p>água ou do líquido irrigante. Permite trabalhos sem refrigeração. Iluminação interna do reservatório de bicarbonato. Transdutor do ultrassom piezoelétrico através de pastilhas cerâmicas com frequência de 32.000Hz estabilizado eletronicamente. Caneta de ultrassom com luz de LED. Capa da caneta de ultrassom confeccionada em silicone, removível e autoclavável. Seletor automático do modo de operação (ultrassom ou jato de bicarbonato) ao retirar uma das canetas do suporte. O equipamento acompanha duas capas da caneta. Sistema de aquecimento do ambiente interno do reservatório. Ultrassom Alta frequência na ponta ativa. 5 níveis de potência do ultrassom (baixa, baixa/média, média, média/alta e alta). Tips</p>	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
-------------	--	--	----------	----------	-----

				<p>gerada por LED de alta potência (1300 mW/cm2). Bateria removível Display digital. Radiômetro externo acoplado para a verificação da intensidade da potência de luz. Timer (5, 10, 15, 20, 30 e 40 segundos), com bip sonoro indicativo a cada 5 segundos e no final da operação. Tempo máximo de uso contínuo: 300 segundos. Comandos de programação na própria caneta. Corpo confeccionado em ABS injetado. Intensidade de luz constante, independente do nível de carga da bateria. Tempo de uso contínuo com carga total - 120 minutos. Silencioso. Bivolt automático 90/240V. Ponteira de fotopolimerização confeccionada em fibra ótica, autoclavável a 134°C e com giro de 360°. Sistema stand by. Desliga automaticamente após 2</p>			
36	unidades	4	FOTOPOLIMERIZADOR		R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
37	unidades	1	BIOMBO PLUBIFERO	<p>Avental de borracha plumbífera com protetor de tireóide - uso em paciente - periapical - tamanho 100x60cm com 0,25mm pb - acabamento em polikroy (corino especial).</p>	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim

38 unidades	2 APARELHO DE RX ODONTOLOGICO	<p>movimentação vertical e horizontal Base totalmente construída em ferro fundido Rodas confeccionadas em acrílico de alta resistência, com freio para travamento Tempo de exposição controlado por dispositivo eletrônico digital microprocessado Aparelho equipado com colimador de chumbo de 1mm que direciona os raios para o objetivo radiográfico principal. Funcionamento em 220 volts comando Eletrônico Digital Microprocessado Centesimal Cabeçote de Raios X com ampola totalmente imersa em óleo isolante especial, fechado à vácuo. Cabo espiralado que permite o disparo em até 5mts de distância. Articulações com movimentos de 360º. Pintura com tinta poliuretana Base em cruzeta Laudo Radiométrico (Radiação de Fuga) Rede</p>	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
-------------	-------------------------------	--	----------	----------	-----

39 unidades	1 SELADORA	<p>inibindo o risco de queimar o papel. Fechamento mediante alavanca manual com trava.Chave de apoio frontal desmontável. Largura de selagem de no mínimo 10mm. Carcaça externa em aço inox Possuir regulagem de temperatura de 0 a 300°C Possui protetor contra altas temperaturas , atuar quando chegar em 220°C Mínimo do d imensional (mm) 238 x470x390 Suporte para papel grau cirúrgico, ajuste da temperatura de selagem, braço de selagem com trava. Indicador luminoso on/off. Apoio anterior removível. Trilho de corte duplo (dois lados), Cortador de papel tipo trilho que corta em ambos sentidos. Alimentação: 220V~ Freqüência: 50/60 Hz. Potência mínima 460 W em 220V Corpo em aço Inox.protetor contra altas temperaturas , atuar</p>	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
-------------	------------	--	----------	----------	-----

40 unidades		1 COMPRESSOR	<p>necessita lubrificação. Capacidade de 60 litros. Com tratamento interno e externo antioxidante (pintura eletrolítica). Possui aberturas laterais, para futuras inspeções. Com 2 motores de 1,2 Hp cada (total 2,4 Hp e quatro cabeçotes). Baixo nível de ruído: 60 Db a um metro de distância. Pressostato com chave geral liga/desliga. Válvula de segurança, dispositivo de alívio do excesso e pressão. Rele térmico (protetor de sobrecarga de tensão). Dois manômetros: um para verificar a pressão interna do reservatório e outro para a pressão de saída de ar. Filtro de ar com drenagem automática detém a umidade do ar no interior do reservatório) e regulador de pressão de saída do ar. Registro para drenagem da umidade condensada no</p>	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
-------------	--	--------------	--	----------	----------	-----

41	unidades	3	BOMBA A VACUO	<p>descarga dos resíduos diretamente ao esgoto Pré-lavagem automática no filtro coletor Turbina completa em liga de bronze Temporizador de Varredura Sistema que ao colocar o suctor no suporte da unidade auxiliar, a sucção permanece por aproximadamente 15 segundos a fim de limpar toda a tubulação interna. Filtro coletor de detritos na entrada da sucção com abertura superior Filtro de entrada de água Protetor térmico intermitente Motor com eixo central em inox Turbina completa em liga de bronze Comando de acionamento - Eletrônico Vácuo Máximo - 640 mmHg/ 25,06 inHg Motor (potência) - 1CV Rotações do motor (r.p.m.) - 3450-60 Hz Alimentação - 220V Frequência - 60 Hz Corrente - 10ª (220V) Tensão na placa de comando -</p>	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
----	----------	---	---------------	---	----------	----------	-----

42 unidades	2	CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA	<p>Estrutura construída em aço maciço, com tratamento anticorrosivo e revestida em poliestireno alto impacto. Base com debrum antiderrapante, dispensa fixação no piso. Caixa de ligação integrada. e demais especificações contidas no termo de referencia.</p> <p>Sensor de proximidade</p> <p>O refletor com um sistema eletrônico digital interno.</p> <p>Fonte de luz fria</p> <p>Não gerar calor no campo operatório.</p> <p>Foco de luz retangular</p> <p>Aumento do tamanho do foco de iluminação da cavidade bucal.</p> <p>Cabeçote em material resistente, com giro de 620º.</p> <p>Puxadores bilaterais em forma de alça.Removíveis e autolaváveis.</p> <p>Protetor Frontal removível</p>	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
-------------	---	----------------------------------	--	----------	----------	-----

43	unidades	1	CENTRIFUGA SOROLOGICA 24 TUBOS	<p>CENTRIFUGA SOROLOGICA 24 TUBOS, 12 ML, UTILIZA MOTOR DE INDUÇÃO SEM ESCOVAS E CONTROLE DE VELOCIDADE MICROPROCESSADO, INVERSOR DE FREQUENCIA, FAIXA DE OPERAÇÃO DE 100 A 3600o POSSUI INDICADOR DIGITAL PARA A VELOCIDADE DE ROTAÇÃO, E TEMPORIZADOR PROGRAMÁVEL PARA DESLIGAMENTO DA CENTRIFUGAÇÃO, NO INTERVALO DE TEMPO DE 1A 99 MIN, DEVE POSSUIR SISTEMA DE SEGURANÇA COM DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO PARA OS CASOS DE ABERTURA DE TAMPA, SOBRECARGA OU DESBALANCEAMENTO. TENSÃO DE OPERAÇÃO 127 A 220V, TENSÃO SELECIONAVEL NO PROPRIO EQUIPAMENTO.</p>		R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
----	----------	---	--------------------------------	--	--	----------	----------	-----

44	unidades	1	1 MICROSCOPICO LABORATORIAL	<p>CARACTERISTICAS MINIMAS RESOLVER INVERTIDA PARA 04 OBJETIVAS CFI 60 PLANA CROMATICA DE 4X10X40X100X IMERSÃO E RETARIL, OBJETIVA INFINITA. PLATINA DE 78 X 54 MM ROTATIVA EM 360 GRAUS, QUE PERMITA AO USU'RIO TRABALHAR COM A MÊSMA EM QUALQUER DIREÇÃO E COM TRAVA DE SEGURANÇA QUE EVITA A QUEBRA DE LAMINAS, MOVIMENTO CRUZADO EM X E Y, COM CHARRIOT E CURSO DE 216 MM X 150MM E QUE PERMITA A COLOCAÇÃO DE 02 DUAS LAMINAS AO MESMO TEMPO, CABEÇOTE BINOCULAR COM INCLINAÇÃO D 30 GRAUS, COM ROTAÇÃO DE 360 GRAUS,E COM OPÇÃO DE MOVIMENTO DE 180 GRAUS PARA AS OCULARES COM AJUSTES INTERPUPILARES DE 47MM ATE 75 MM, 01 PAR DE OCULARES AJUSTE</p>	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
----	----------	---	-----------------------------	--	----------	----------	-----

45 unidades			<p>BANHO MARIA DIGITAL QUE OPERE NA FAIXA DE TEMPERATURA AMBIENTE DE 70º V, COM RESOLUÇÃO DE 0,1ºC. INDICADOR DIGITAL PARA A TEMPRERATURA DO BANHO COM RESOLUÇÃO DE 0,1ºC, DISPENSANDO O USO DE TERMOMETRO DE VIDRO. CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL SEM EMENDAS OU SOLDAS COM VOLUME APROXIMADO DE 9 LITROS, E CAPACIDADE PARA ATÉ 100 TUBOS DE 12MM. COTROLE ELETRONICO DE TEMPERATURA E RESISTENCIA TUBULAR BLINDADA. FUNÇÃO DE AJUSTE DE LINEARIDADE DO SENSOR DE TEMPERATURA NA FAIXA DE 37 A 70 ºC, ALIMENTAÇÃO 127C OU 220V (BIVOLT SELECIONÁVEL NO EQUIPAMENTO.</p>		R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim
		TOTAL			R\$ 0,00	R\$ 0,00	



República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Ouvidor
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

ANEXO II

PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2018-FMS
MODELO DE DECLARAÇÃO DE NÃO IMPEDIMENTO

DECLARAÇÃO

Declaramos, sob as penas da lei, que esta proponente não incorre em quaisquer das seguintes situações:

- a) Ter sido declarada inidônea por ato do Poder Público;
- b) Ter sido apenada com suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, nos últimos dois anos;
- c) Impedida de licitar, de acordo com o art. 9º da Lei Federal n. 8.666/93 e suas alterações.

Nos termos do art. 55, inc. XIII da Lei n. 8.666/93 e suas alterações, comprometemo-nos a informar a ocorrência de fato superveniente impeditivo da habilitação e qualificação exigidas no edital.

_____, _____ de _____ de _____.

Representante Legal
(com carimbo da empresa)

OBS: Esta declaração deverá ser feita em papel timbrado da empresa ou conter o carimbo de CNPJ

uf



República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Ouvidor
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

ANEXO III

PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2014-FMS
MODELO DE DECLARAÇÃO DE SITUAÇÃO REGULAR PERANTE O MINISTÉRIO
DO TRABALHO

DECLARAÇÃO
CONFORME INCISO XXXIII, ART. 7º DA CF.

..... inscrito no CNPJ N....., por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a)....., portador(a) da Carteira de Identidade n..... e do CPF n.....DECLARA para fins do disposto no inciso V do art. 27 da lei n. 8.666/93, de 21 de junho de 1993, acrescido do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e que não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ()

(OBS: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima).

_____, _____ de _____ de _____

Representante Legal

(com carimbo da empresa)

OBS: Esta declaração deverá ser feita em papel timbrado da empresa ou conter o carimbo de CNPJ.



República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Ouvidor
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

ANEXO IV

PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2014-FMS

**DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO E CUMPRIMENTO AOS
REQUISITOS DA HABILITAÇÃO**

..... inscrito no CNPJ N....., por
intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a)....., portador(a) da
Carteira de Identidade n..... e do CPF n.....DECLARA, sob
as penas da lei, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação constantes do
Edital acima referido.

_____, _____ de _____ de _____

Representante Legal
(com carimbo da empresa)

OBS: Esta declaração deverá ser feita em papel timbrado da empresa ou conter o
carimbo de CNPJ.



República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Ouvidor
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

ANEXO V

PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2014-FMS

MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE, PARA FINS DO DIREITO DE PREFERÊNCIA E DA PRERROGATIVA DE QUE TRATA A LC 123/06.

DECLARAÇÃO

Eu, _____, na qualidade de sócio proprietário da empresa _____, DECLARO, sob as penas da lei, que esta empresa enquadra-se na categoria de Microempresa – ME (ou Empresa de Pequeno Porte – EPP), na forma prevista no art. 3º da Lei Complementar n. 123/2006 e não está incursa nos impedimentos tratados no seu § 4º, podendo, assim, usufruir a prerrogativa e o direito de preferência de que tratam os arts. 42 a 45 da citada lei complementar.


Por ser a expressão da verdade, firmo a presente.

Sócio Proprietário.

CPF n. _____

OBS: Esta declaração deverá ser feita em papel timbrado da empresa ou conter o carimbo de CNPJ.

ip


República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Ouvidor
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

ANEXO VI – PREGÃO PRESENCIAL 08/2018-FMS
MINUTA DE CONTRATO DE FORNECIMENTO

Contrato nº _____ /2018- FMS

CLÁUSULA I – DAS PARTES E FUNDAMENTO

01 – CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Av. Joaquim da Silva Ribeiro nº 790, Centro, nesta cidade, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 05.169.884/0001-26, representada neste Ato, pelo gestor do FMS, Senhor **GEDEAN DA SILVA RIBEIRO**, brasileiro, casado, Fisioterapeuta, residente e domiciliado à Rua Hercílio, 656, Bairro N. Sra de Fátima, em Catalão/GO, inscrito no CREDITO -GO sob nº 62470F, CPF nº 876.602.371-87, CI nº RG nº 3898922/2ª Via DGPC/GO, residente e domiciliado nesta cidade.

02 – CONTRATADA:, com sede a, – CNPJ Nº, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, neste ato representado por, portador da cédula de identidade nº, brasileiro, casado,, – GO.

03 – FUNDAMENTO: As partes retro nomeadas e qualificadas, doravante denominadas, simplesmente, **CONTRATANTE** e **CONTRATADA**, têm entre si, justos e contratados o seguinte, que mutuamente aceitam e outorgam, nos moldes da Lei Federal 8.666, de 21 de junho de 1993, a qual regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, instituindo normas para licitações e contratos da Administração Pública, e ainda a Lei Federal 10.520/2002, que, a **CONTRATADA**, em virtude do presente documento, assume a responsabilidade de disponibilizar a totalidade do objeto que se especifica a seguir em conformidade com todas as estipulações deste Contrato, a saber:



República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Ouvidor
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Parágrafo Único: A presente contratação decorre do processo de licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL 08/2018-FMS.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO

contratação de empresa para fornecimento de equipamentos, veículos e material permanente para atendimento das unidades de saúde do município de Ouvidor, nos termos das propostas n. 011131.010000/1140-01, 05169884000/1140-01 E 05169.8840000/1140-02, nos termos e conforme descrição adiante, contendo as seguintes especificações mínimas:

item	unid	quant	produtos	especificações	Preço médio unitário	Preço médio total
1	unidades	4	IMPRESSORAS	impressoras a laser, Especificação mínima, que esteja em linha de produção pelo fabricante, impressora laser com padrão de cor monocromático, resolução mínima de 1200 x 1200 DPI, velocidade de 35 páginas por minuto PPM, suportar tamanho de papel a5, a4 carta e ofício, capacidade de entrada de 200 páginas, ciclo mensal de 50.000 páginas, interface USB, permitir compartilhamento por meio e rede 10/100/100 ethernet e WIFI 802.11 b/g/n, suportar frente e verso automático, o produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento garantia de 12 meses.		



República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Ouvidor
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

2	unidades	20	COMPUTADOR DESKTOP	ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE COMPUTADOR DESKTOP ALL IN ONE COM PROCESSADOR NO MÍNIMO INTEL CORE I3, POSSUIR 1 (UM) DISCO RÍGIDO DE 500 GIGABYTE MEMÓRIA RAM DE 08 (OITO) GIGABYTES, MODELO ALL IN ONE, NOVOS, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO GARANTIA DE 12 MESES.		
3	unidades	1	TELA DE PROJEÇÃO	Deve estar em linha de produção pelo fabricante, Tela projeção com tripé retrátil manual, Área visual de aproximadamente 1,80 x 1,80 m (+ ou - 10%) Deverá possuir estojo em alumínio com pintura eletrostática resistente a riscos e corrosões, Possuir poste central com resistência e sustentação suficiente para atender a especificação da tela citada acima, Deverá possuir superfície de projeção do tipo matte white (branco opaco) ou similar, que permita ganho de brilho, possuir bordas pretas que permita enquadramento da imagem. O equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento, Garantia mínima de 12		

uf



República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Ouvidor
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

				meses.		
4	unidades	2	PROJETOR MULTIMÍDIA (DATASHOW)	<p>Deve estar em linha de produção pelo fabricante, deve possuir tecnologia LCD com matriz ativa TFT com 16 milhões de cores. Resolução mínima nativa de 1024 x 768 e compatibilidade 16:9. Deve possuir interfaces de comunicação, sendo 01 (uma) VGA e 01 (uma) HDMI. Deve possuir entrada USB. Luminosidade mínima de 2500 lumens. Alto-falante integrado no projetor com o mínimo de 1W de potência. Alimentação automática 100-120V, 220-240V. Controle remoto IR, cabo de alimentação, cabo VGA. Manual do usuário. Suporta apresentações a partir de um pen-drive direto no projetor (sem o uso de pc). O equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento. Garantia mínima de 12 meses.</p>		
5	unidades	1	MESA DE REUNIÃO	<p>Material de confecção madeira/MDF/MDP/Similar. retangular com pelo menos 1,80 de comprimento, para 8 lugares</p>		



República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Ouvidor
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

6	unidades	3	MESA DE ESCRITÓRIO	Material de confecção madeira/MDF/MDP/Similar com 02 gavetas			
7	unidades	4	ARMÁRIO	Dimensões: altura de 180 a 210cm e largura de 70 a 110cm com 04 prateleiras com capacidade mínima da prateleira de 40kg. Material de confecção: aço			
8	unidades	20	CADEIRA DE ESCRITÓRIO FIXA	Material de confecção aço/ferro pintado, sem braços.sem rodizio. sem regulação de altura. assento e encosto em polipropileno			
9	unidades	1	HD EXTERNO 2 TB	Um HD externo com no mínimo 02 tb de memoria			
10	unidades	12	TABLETS	Tablet Android 6.0 ou superior. Tela de no mínimo 10 polegadas. Processador no mínimo Quad Core de 1,3 GHz ou similar. Armazenamento interno de no mínimo 16 GB. Câmera traseira de no mínimo 5MP ou superior e a frontal de no mínimo 1.3MP ou superior. possui caneta touchscreen, USB, Wifi e 4G. Garantia de 12 meses.			
11	unidades	2	NO BREAK	1200 VA SMS para computador, ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE NO-BREAK COM POTÊNCIA NOMINAL DE 1,200 KVA POTÊNCIA REAL MÍNIMA DE 600W, TENSÃO ENTRADA 115/127/220 VOLTS (EM CORRENTE ALTERNADA) COM COMUTAÇÃO			

uf



República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Ouvidor
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

				AUTOMÁTICA, TENSÃO DE SAÍDA 220 VOLTS (A SER DEFINIDA PELO SOLICITANTE), ALARMES AUDIOVISUAL, BATERIA INTERNA SELADA. AUTONOMIA A PLENA CARGA MÍNIMO 15 MINUTOS CONSIDERANDO CONSUMO DE 240 WATS, POSSUIR NO MÍNIMO 06 TOMADAS DE SAÍDA PADRÃO BRASILEIRO, O PRODUTO DEVERÁ SER NOVO, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO, GARANTIA DE 12 MESES.			
12	unidades	9	CADEIRA PARA ESCRITORIO RODIZIO	Material de confecção. aço/ferro pintado. com braços. com rodizio. com regulação de altura. assento e encosto em polipropileno			
13	unidades	3	AR CONDICIONADO 12.000 BTUS	Modelo Split com capacidade de 12.000BTUs			
14	unidades	1	AR CONDICIONADO 18.000 BTUS	Modelo Split com capacidade de 18.000BTUs			
15	unidades	3	TELEVISOR	Televisor 42 polegadas de LED com conversor integrado e entrada USB			
16	unidades	1	GELADEIRA REFRIGERADOR	Duplex, Prateleira no congelador removível, Classe A em consumo de energia, Capacidade mínima total de armazenamento: 260 litros, Classificação de consumo: Selo Procel, Recipiente para guardar gelo, Prateleiras na porta,			

uf



República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Ouvidor
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

				Iluminação interna, Gavetão de legumes, Porta garrafas: capacidade mínima para 4, Degelo do freezer automático, Controle de temperatura do refrigerador: painel de controle externo, Controle de temperatura do freezer: botão interno, Pés com rodas niveladoras, Prateleiras/cestos, Temperatura uniforme, Cor branca, Tensão 110 / 220V, Garantia: 12 meses.			
17	unidades	1	CAIXA DE SOM	Formato retangular, Potência RMS 80W, Bluetooth, entrada USB, SD card e sintonizador/receptor FM com controle remoto / Auxiliar - tablets, celulares, MP3, CD, DVD, TV / Microfone, Tocador de áudio digital, Voltagem bivolt, Frequência 50/60Hz, 2 entradas independentes de microfones, equalizador 2 vias (graves/agudo), Dimensões Altura 56,5 cm. Largura, 42,3 cm. Profundidade 25,2 cm.			
18	unidades	1	MÁQUINA FOTOGRÁFICA	Câmera Foto Filmadora Digital Semiprofissional, Definição de imagem Full HD, com gravador de vídeo. Cartão de memória 8GB, Número de Pixels 16.0 MP e Zoom Óptico 30x			
19	unidades	2	CARRO MACA SIMPLES	MATERIAL DE CONFECCÃO: AÇO INOXIDÁVEL SUPORTE DE SORO/COLCHONETE POSSUI/ POSSUI GRADES			



República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Ouvidor
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

				LATERAIS POSSUI.			
20	unidades	2	OXIMETRO DE PULSO	TIPO: PORTÁTIL (DE MÃO), sensor de SPO2: 01			
21	unidades	1	CARRO DE CURATIVO	MATERIAL DE CONFECCÃO AÇO INOXIDÁVEL acessório balde e bacia			
22	unidades	2	CARRO PARA MATERIAL DE LIMPEZA	MATERIAL DE CONFECCÃO: POLIPROPILENO, SACO DE VINIL: POSSUI, KIT C/ MOPs LÍQUIDO E PÓ, PLACA SINALIZ. E PÁ: POSSUI, BALDE ESPREMEDOR: POSSUI			
23	unidades	1	REANIMADOR PULMONAR MANUAL PEDIÁTRICO (AMBU)	RESERVATÓRIO: POSSUI, MATERIAL DE CONFECCÃO: SILICONE			
24	unidades	1	REANIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO (AMBU)	RESERVATÓRIO: POSSUI, MATERIAL DE CONFECCÃO: SILICONE			
25	unidades	1	BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO	MATERIAL DE CONFECCÃO: AÇO INOXIDÁVEL, - APOIO DO BRAÇO: AÇO INOXIDÁVEL, TIPO: PEDESTAL ALTURA REGULÁVEL			
26	unidades	2	SUPOORTE PARA SORO	MATERIAL DE CONFECCÃO: AÇO INOXIDÁVEL, TIPO: PEDESTAL			
27	unidades	1	MESA DE MAYO	MATERIAL DE CONFECCÃO: AÇO INOXIDÁVEL			



República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Ouvidor
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

28	unidades	1	NEGATOS CÓPIO	TIPO: LÂMPADA FLUORESCENTE/ 2 CORPOS			
29	unidades	1	CENTRAL DE NEBOLIZA ÇÃO	TIPO/ Nº DE SAÍDAS: COMPRESSOR/4 SAÍDAS, SUPPORTE COM RODÍZIOS NÃO POSSUI, POTÊNCIA MÍNIMO 1/4 HP.			
30	unidades	3	ESFIGNOM ANÔMETR O ADULTO	aparelho de pressão aneróide com manometro com medição de 0 a 300mmHg. Fabricado com material de alta qualidade, com caixa injetada em liga de zinco/alumínio com pintura de alta resistência, com mostrador plano e braçadeira em velcro			
31	unidades	5	BALDE COM PEDAL	MATERIAL DE CONFECÇÃO/CAPACIDAD E-INOX DE 30L ATÉ 49L			
32	unidades	2	VEÍCULO TIPO PASSEIO	zero km, ANO MODELO 2018/2018 OU SUPERIOR, CAPACIDADE PARA 5 PESSOAS, MOTORIZAÇÃO= POTENCIA MINIMA DE 1.0, BICOMBUSTIVEL, TIPO DE DIREÇÃO HIDRÁULICA / ELÉTRICA AR CONDICIONADO, cor branca, vidro ELETRICO = POSSUI 04 PORTAS CÂMBIO MANUAL CAPACIDADE 5 LUGARES FREIOS ABS/AIRBAG DUPLO			

uf



República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Ouvidor
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

			AUTOCLAVE PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR SOB PRESSÃO, 21 LTS, Sistema de rastreabilidade, Câmara horizontal Digital, temperatura e pressão exibidos por LEDs. Sistema com microcontrolador, Ciclo eletrônico de esterilização. Pressão e temperatura de trabalho (etapa de terilização) 1,7 kgf/cm2 a 1,8 kgf/cm2 / 126 a 129C Desaeração e despressurização Automáticas, Secagem com porta entreaberta Sistema de ajuste de altitude Capacidade: 21 litros Potência: 1.600 Watts Voltagem: Bivolt automático 127 V - 220 V Consumo elétrico: 485 Watts/hora Dimensões internas da câmara (D x P): 25 x 43 Material da Tampa e Câmara: Aço inox possuir 3 bandejas de alumínio anodizado, 1 suporte para bandejas, 1 copo graduado e 1 manual de instruções. Garantia: 2 anos deve possuir Chave de porta Trava da porta Sistema eletrônico de controle de potencia Termostato Anel de vedação Válvula de segurança/anti-vacuo Porta com travamento em 4 pontos Sensor para controle da temperatura interna do equipamento		
33	unidades	2	AUTOCLAVE PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR SOB PRESSÃO		

uf



República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Ouvidor
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

				<p>Sensor para controle da pressão interna do equipamento Controle eletrônico de sobrepressão que cancela o ciclo automaticamente caso a pressão ultrapasse o limite preestabelecido Controle eletrônico de subpressão que cancela o ciclo automaticamente caso haja queda de pressão no interior da câmara Tecla Cancela para cancelar o ciclo a qualquer momento Bips sonoros para auxiliar a monitoração Sistema de ajuste de altitude Sistema automático de ajuste em função da pressão atmosférica que possibilita o funcionamento em diferentes altitudes Tampa e Câmara em aço inox Bivolt automático - 127/220 V AC (95 - 254 V) Controle eletrônico de sobretensão que cancela o ciclo automaticamente caso a tensão ultrapasse o limite preestabelecido Controle eletrônico de subtensão que cancela o ciclo automaticamente caso haja queda de a tensão.</p>		
--	--	--	--	---	--	--



República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Ouvidor
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

34	Unidades	2	AMALGAM ADOR	<p>Vibrador para amálgamas e ionômeros em cápsulas pré-dosificadas. Painel digital com acionamentos por micro switch. Haste batedora com dupla velocidade Média: 4200 oscilações por minuto Alta: 5000 oscilações por minuto Possui grande amplitude e movimento helicoidal elíptico em ∞ Indicado para todos os tipos de materiais odontológicos encapsulados. Garfo metálico com sistema universal, permitindo a fixação de todos os modelos de cápsulas de amálgama, inclusive cápsulas com êmbolos (ionômeros de vidro). Sistema de amortecedores que anulam as vibrações transmitidas pela frequência da haste. bivolt automático. Dispositivo de segurança com micro. Emite 3 bips de advertência caso a tampa esteja aberta ao iniciar o funcionamento. Tampa protetora em acrílico de alto impacto transparente. Chave geral liga/desliga. Temporizador Digital Eletrônico micro-processado com escala de 1 a 99 segundos. Programação de tempo com memória automática ao final de cada operação, garantindo a repetição do tempo solicitado.</p>		
----	----------	---	--------------	---	--	--



República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Ouvidor
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

35	Unidades	2	JATO DE BICARBONATO COM ULTRASSOM M	Ampla variação do fluxo de água ou do líquido irrigante. Permite trabalhos sem refrigeração. Iluminação interna do reservatório de bicarbonato. Transdutor do ultrassom piezoelétrico através de pastilhas cerâmicas com frequência de 32.000Hz estabilizado eletronicamente. Caneta de ultrassom com luz de LED. Capa da caneta de ultrassom confeccionada em silicone, removível e autoclavável. Seletor automático do modo de operação (ultrassom ou jato de bicarbonato) ao retirar uma das canetas do suporte. O equipamento acompanha duas capas da caneta. Sistema de aquecimento do ambiente interno do reservatório. Ultrassom Alta frequência na ponta ativa. 5 níveis de potência do ultrassom (baixa, baixa/média, média, média/alta e alta). Tips (Pontas) com vários modelos: Periodontia, Endodontia, Dentística e Prótese, Preparação Cavitária. Jato de Bicarbonato. Peça de mão metálica, removível e autoclavável. Confeccionada em alumínio anodizado. Filtro de ar com drenagem automática. Tampa do		
----	----------	---	-------------------------------------	---	--	--

uf



República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Ouvidor
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

				reservatório de bicarbonato com visualizador. Entrada de ar e água com bitolas desiguais. Chave geral luminosa localizada no painel. Pedal de acionamento único. Frequência do ultrassom: 32.000 Hz Pressão de entrada de ar: 60 PSI a 80 PSI Alimentação: Bivolt 127V / 220V Frequência: 50/60 Hz Fusível: 1A 110V / 220V Potência: 60 VA Consumo: 0,45A		
--	--	--	--	---	--	--



República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Ouvidor
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

36	Unidades	4	FOTOPOLIMERIZADOR	Wireless (sem fio). Luz azul gerada por LED de alta potência (1300 mW/cm ²). Bateria removível Display digital. Radiômetro externo acoplado para a verificação da intensidade da potência de luz. Timer (5, 10, 15, 20, 30 e 40 segundos), com bip sonoro indicativo a cada 5 segundos e no final da operação. Tempo máximo de uso contínuo: 300 segundos. Comandos de programação na própria caneta. Corpo confeccionado em ABS injetado. Intensidade de luz constante, independente do nível de carga da bateria. Tempo de uso contínuo com carga total - 120 minutos. Silencioso. Bivolt automático 90/240V. Ponteira de fotopolimerização confeccionada em fibra ótica, autoclavável a 134°C e com giro de 360°. Sistema stand by. Desliga automaticamente após 2 minutos sem utilização. Rampa, contínuo e pulsado. Comprimento sem a ponteira: 20 cm Alimentação: Bivolt automático 90 - 240 V Freqüência: 50/60 Hz Comprimento de onda: 420 à 480 nm Emissor de luz: Led (light emitting		
----	----------	---	-------------------	---	--	--

uf