



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DE GOIÁS  
MUNICÍPIO DE OUVIDOR  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Página 1 de 4

**PUBLICADO**

Certifico que o referido Ato foi publicado, nesta data, no Placar Oficial do Município

em site: www.ouvidor.go.gov.br

Ouvidor, 23 de 02, 2022

Secretário de Licitação

**ATA DE REALIZAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL**  
**Nº 02/2022 - Sessão Nº 001**

Processo	: 319/2022
Objeto	: AQUISIÇÃO DE 01 ANALISADOR HEMATOLÓGICO PARA REALIZAÇÃO DE HEMOGRAMA, 5 PARTES, VOLUME DE AMOSTRA DE SANGUE DE 15UL; CONFORME ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONTIDAS NO EDITAL

### 1 - Abertura da Sessão

Às 08:30 horas do dia 23 de fevereiro de 2022, reuniram-se na sala SALA DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO o Pregoeiro WILIAM MANOEL DA SILVA e os membros da Equipe de Apoio THAÍS REGINA MELO DA SILVA, JACIRENE ANGELICA RODRIGUES DE OLIVEIRA, designados pelo Decreto nº 02/2022, de 03/01/2022, com base na Leis nº 8.666/1993, de 21 de junho de 1993, nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e na regulamentação feita pelo Decreto n.º 158, para realizar os procedimentos relativos ao processamento do Pregão Presencial Nº 02/2022, tipo menor preço por item para aquisição de aparelho hematológico, contendo as especificações mínimas contidas no Edital. Compareceu ainda na sessão, o Sr. ANDRÉ MARCELINO PIRES, Biomédico, responsável pelo Laboratório do HMSA, para auxiliar o pregoeiro e sua equipe quanto a aceitabilidade das propostas apresentadas e conferências das especificações técnicas apresentadas pelas empresas proponentes.

Inicialmente o Pregoeiro declarou aberta a sessão, passando-se de imediato à fase de credenciamento.

### 2 - Credenciamento

Declarando aberta a fase de credenciamento o Pregoeiro solicitou aos seus representantes que apresentassem os documentos exigidos no item 04 do Edital. Depois de analisados os documentos pela Equipe de Apoio, foram consideradas credenciadas as empresas abaixo, com os respectivos representantes:

EMPRESA	ME / EPP	CNPJ/CPF	REPRESENTANTE	IDENTIFICAÇÃO
QUALLYX PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	NÃO	24.107.733/0001 98	ANDREZA RODRIGUES ALVES	29.902.754-5
SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA	NÃO	00.137.950/0001-62	ILDEMAR CASSIANO SOBRINHO	2327603

### 3 - Da Declaração de Atendimento e da Entrega dos Envelopes.

Em seguida o Pregoeiro solicitou que os interessados credenciados apresentassem a **declaração de pleno atendimento aos requisitos para habilitação**, bem como que entregassem à Equipe de Apoio, os **envelopes nº 01 contendo a Proposta e o nº 02 contendo a habilitação**. Aberto pela Equipe de Apoio o primeiro envelope contendo a proposta, o Pregoeiro declarou encerrada a fase de credenciamento, passando-se à abertura das propostas dos credenciados.

### 4 - Da Classificação das Propostas

Abertos todos os envelopes contendo as propostas, o Pregoeiro franqueou o acesso de todos ao conteúdo das mesmas aos interessados, solicitando que as rubricassem. Após, o Pregoeiro e a Equipe de Apoio, passaram a análise da adequação das propostas aos requisitos do Edital, considerando que houve proposta que foi indeferida, passou-se, então,



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DE GOIÁS  
MUNICÍPIO DE OUVIDOR  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

à classificação da proposta de menor preço e de todas aquelas cujo preço não extrapolasse a 10% daquela, ficando assim classificadas ou desclassificadas para a fase de lance os seguintes licitantes, em ordem crescente de valor:

**Item 1: ANALISADOR HEMATOLÓGICO PARA REALIZAÇÃO DE HEMOGRAMA, 5 PARTES, VOLUME DE AMOSTRA DE SANGUE DE 15UL; - 1 Un**

POSICÃO	EMPRESA	CNPJ/CPF	MARCA	PROPOSTA	TOTAL DA PROPOSTA	CLASSIF.
1	SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA	00.137.950/0001-62	ERBA	R\$ 110.000,00	R\$ 110.000,00	Sim
Indeferida	QUALLYX PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	24.107.733/0001-98	MARCA: SALLUS BRASIL MODELO: HMG 51 FABRICANTE: RAYTO LIFE AND ANALYTICAL SCIENCES PROCEDÊNCIA: CHINA RMS.: 81797610001	R\$ 69.000,00 o equipamento não atende as especificações mínimas contidas no edital.	R\$ 69.000,00	Não

O pregoeiro e sua equipe com o auxílio do Biomédico procedeu a análise técnica dos folhinhos apresentados pelas empresas proponentes, tendo sido verificado que o equipamento ofertado pela empresa QUALLYX PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA, não atende as especificações mínimas exigidas, no que se refere ao: NÚMERO DE PARAMETROS EXIGIDO NO EDITAL: a empresa apresentou um equipamento com 26 parâmetros + 3 histogramas. Que totalizam 29 parâmetros. O equipamento ofertado não atendeu o quesito: GERENCIAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DE PRODUTOS OU UTILIZAÇÃO DE REAGENTES VENCIDOS, E AINDA NÃO CONSTA COM O SISTEMAS ANTICOÁGULO.

Dessa forma a proposta apresentada pela empresa QUALLYX PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA, FOI DESCLASSIFICADA PARA A FASE DOS LANCES, POR NÃO ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS EXIGIDAS NO EDITAL.

A proposta da empresa SOCRAM MÁQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA, apresentou o equipamento que atendeu todas as especificações do edital.

### 5 - Dos Lances por item

O Pregoeiro comunica que fica prejudicada a fase dos lances, e passa para a fase de negociação com a empresa detentora da proposta classificada.

#### 5.1 - Lances do Item 1: ANALISADOR HEMATOLÓGICO PARA REALIZAÇÃO DE HEMOGRAMA, 5 PARTES, VOLUME DE AMOSTRA DE SANGUE DE 15UL; - 1 Un

Tendo em vista que somente um licitante teve sua proposta classificada, e considerando a impossibilidade de se repetir o certame, não houve a etapa de lances, passando o Pregoeiro para a fase de negociação.

#### 5.1a - Rodada de Negociação

Como não houve a etapa de lances, o Pregoeiro declarou encerrada a fase em relação ao item 1 passando-se para a fase de negociação, cujo resultado assim, se mostrou:



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DE GOIÁS  
MUNICÍPIO DE OUVIDOR  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

CLAS.	EMPRESA	CNPJ/CPF	NEGOCIAÇÃO
I	SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA	00.137.950/0001-62	R\$ 105.000,00

### 5.1b - Classificação Provisória do item nº 1

CLAS.	EMPRESA	CNPJ/CPF	MENOR LANCE
I	SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA	00.137.950/0001-62	R\$ 105.000,00

### 6 - Da Habilitação

Após a classificação provisória das licitantes passou-se, assim, à abertura do envelope 02 de habilitação das primeiras colocadas, tendo o Pregoeiro e a Equipe de Apoio facultado a todos interessados a verificação da documentação.

Analisada a documentação o Pregoeiro considerou todas as empresas vencedoras habilitadas.

Segue abaixo quadro demonstrativo, em ordem crescente de preços por item, referente às empresas que participaram dos respectivos itens:

### Item 1: ANALISADOR HEMATOLÓGICO PARA REALIZAÇÃO DE HEMOGRAMA, 5 PARTES, VOLUME DE AMOSTRA DE SANGUE DE 15UL; - 1 Un

CLAS.	EMPRESA	CNPJ/CPF	MENOR LANCE	TOTAL MENOR LANCE
I	SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA	00.137.950/0001-62	R\$ 105.000,00	R\$ 105.000,00

### 7 - Da fase de Apresentação de Recursos

Após a fase de habilitação, o Pregoeiro avisou que o licitante que quisesse interpor recurso contra o procedimento deveria manifestar imediata e motivadamente a sua intenção, que seria registrada no final da ata. O que de imediato a representante da QUALLYX PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA, manifesta interesse em recorrer. Alegando que: A representante da empresa manifesta interesse em recorrer da decisão da Comissão por não concordar com a declassificação de sua proposta: Que observou durante a sessão uma divergência entre o folder impresso entregue dentro do envelope de proposta (versão traduzida para a língua portuguesa), no qual constavam um total de 29 parâmetros em relação ao folder em inglês, consultada para representante, em arquivo digital do fabricante onde constam 32 parâmetros. A representante alega que o equipamento fisicamente atende as especificações quanto aos parâmetros exigidos no edital.

### 8 - Da Adjudicação

O Pregoeiro adjudicou os objetos do certame aos vencedores da licitação, na forma abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA	QTDE	UNIDADE	EMPRESA VENCEDORA	CNPJ/CPF	MENOR LANCE UNITÁRIO	VALOR TOTAL DO LANCE
I	ANALISADOR HEMATOLÓGICO PARA REALIZAÇÃO DE HEMOGRAMA, 5 PARTES, VOLUME DE AMOSTRA DE SANGUE	ERBA	1	UN	SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA	00.137.950/0001-62	R\$ 105.000,00	R\$ 105.000,00



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
 ESTADO DE GOIÁS  
 MUNICÍPIO DE OUVIDOR  
 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS  
 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

DE 15UL:							
----------	--	--	--	--	--	--	--

**9 - Das Ocorrências na Sessão Pública**

Não houve ocorrências dignas de nota.

**10 - Encerramento da Sessão**

Nada mais havendo a tratar o Pregoeiro encerrou a sessão, da qual, para constar, lavrou-se a presente Ata que, lida e achada conforme, vai devidamente assinada pelo Pregoeiro, Equipe de Apoio e pelos licitantes presentes que o quiseram.

  
**WILIAM MANOEL DA SILVA**  
 PREGOEIRO

  
**THAÍS REGINA MELO DA SILVA**  
 EQUIPE DE APOIO

**JACIRENE ANGELICA RODRIGUES OLIVEIRA**  
 Equipe de Apoio

Licitantes presentes:

**QUALLYX PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA**  
 ANDREZA RODRIGUES ALVES

  
**SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA**  
 ILDEMAR CASSIANO SOBRINHO