

**Nº** 3443/2021

**TRAMITAÇÃO:**

**Data:** 03/11/2021 15:21

**VALOR:**0,00

**Interessado:** 6112 - DIAGGOIAS DIAGNÓSTICOS CIENTÍFICOS LTDA ME

**Nº Doc.:**

**Assunto:** RECURSO

**Nº:**2/2021

**Vencimento:**

**Comentário:** CONTRARRAZÕES AO RECURSO ADMINISTRATIVO - PREGÃO  
13/2021

Assunto: **RES: recurso pregão nº 13/2021 fms**  
De: Licitação DIAGGOIÁS <licitacao@diaggoias.com.br>  
Para: <suporte@ouvidor.go.gov.br>  
Data: 29/10/2021 15:37



- Contrarrazões ao Recurso Administrativo.pdf (~815 KB)

Prezada Thaís, boa tarde,

Segue anexo para protocolo as Contrarrazões ao Recurso Administrativo apresentado pela DIAGNÓSTICA CENTRO OESTE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA.

Atenciosamente,

Licitação-Coordenação  
**Diaggoiás Diagnósticos Científicos Ltda**  
Licitações/Contratos  
Fone/Fax: (62) 3946-4866  
[licitacao@diaggoias.com.br](mailto:licitacao@diaggoias.com.br)

**De:** suporte@ouvidor.go.gov.br [mailto:suporte@ouvidor.go.gov.br]  
**Enviada em:** quinta-feira, 28 de outubro de 2021 09:00  
**Para:** licitacao@diaggoias.com.br  
**Cc:** steto@steto.com.br  
**Assunto:** recurso pregão nº 13/2021 fms

Bom dia, segue anexo recurso interposto para as contrarrazões.

att

Thais



DIAGGOIÁS DIAGNÓSTICOS CIENTÍFICOS LTDA-EPP,  
CNPJ: 04.679.172/0001-94 I.E.: 10.344.878-0

**AO ILUSTRÍSSIMO SR. WILIAM MANOEL DA SILVA, PREGOEIRO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE OUVIDOR/GO.**

**PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2021**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3162/2021**

**DIAGGOAIS DIAGNÓSTICOS CIENTÍFICOS LTDA – EPP**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 04.679.172/0001-94, com sede na Rua 255, nº 763, Qd. 10, Lt. 103, Setor Coimbra, na cidade de Goiânia – GO, CEP 74.533-150, doravante denominada “**DIAGGOIÁS**”, por seu representante legal, conforme ato constitutivo, vem, tempestivamente, com fulcro no item 11.1 do Edital, bem como, artigo 4º, inciso XVIII da Lei Federal nº 10.520/2002, apresentar **CONTRARRAZÕES** ao Recurso Administrativo apresentado por **DIAGNÓSTICA CENTRO OESTE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA**, de acordo com os fatos e fundamentos a seguir expostos.

#### **1. DA TEMPESTIVIDADE DAS CONTRARRAZÕES**

Inicialmente, há que salientar-se que a Recorrida somente pôde tomar conhecimento do protocolo das razões recursais da recorrente quando do recebimento do e-mail enviado pela Equipe de Apoio da Comissão de Licitação, Sra. Thaís da Silva, no dia 28/10/2021, iniciando-se a contagem para a apresentação das presentes



DIAGGOIÁS DIAGNÓSTICOS CIENTÍFICOS LTDA-EPP  
CNPJ: 04.679,172/0001-94 I.E.: 10,344,878-0

contrarrrazões no dia 29/10/2021 e encerrando-se no dia 04/11/2021, visto que contado o prazo é o mesmo que aquele concedido ao Recorrente para apresentação de suas razões recursais, qual seja, 3 (três) dias úteis. Protocolado, então, nesta data, tempestivo é.

## 2. SÍNTESE DOS FATOS

### 2.1. Da Licitação "Pregão Presencial nº 013/2021"

Trata-se de licitação na modalidade Pregão Presencial nº 013/2021 realizado pelo Fundo Municipal de Saúde do Município de Ouvidor/GO, que tem por objeto a "Seleção de proposta mais vantajosa para aquisição de equipamentos permanentes para o hospital municipal, conforme itens relacionados abaixo, contendo as especificações mínimas contidas no termo de referência, para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde deste Município", destacamos da tabela o item 4, relacionado a discussão no recurso apresentado, qual seja:

4	1	UNID	ANALISADOR DE BIOQUÍMICA E TURBIDIMETRIA ( SISTEMA ABERTO, DE NO MÍNIMO 170 TESTES/HS.) 40 POSIÇÕES DE AMOSTRAS E REAGENTES SIMULTÂNEAS, LAVAGEM AUTOMÁTICA DE CUBETAS, COMPUTADOR COMPLETO, BANDEJA DE REAGENTES REFRIGERADA, AGULHA COM SENSOR DE DETECÇÃO DE NÍVEL DE LÍQUIDO E PROTEÇÃO CONTRA COLISÃO, 220W, EQUIPAMENTO POSSUI ISE E REALIZA HEMÓLISE, SOFTWARE EM WINDOWS, APRESENTAR CATALAGO, DESCRITIVO OU MANUAL TÉCNICO COM AS ESPECIFICAÇÕES E INSTALAÇÃO E TREINAMENTO INCLUIDOS.	ANALISADOR DE BIOQUÍMICA E TURBIDIMETRIA ( SISTEMA ABERTO, DE NO MÍNIMO 170 TESTES/HS.) 40 POSIÇÕES DE AMOSTRAS E REAGENTES SIMULTÂNEAS, LAVAGEM AUTOMÁTICA DE CUBETAS, COMPUTADOR COMPLETO, BANDEJA DE REAGENTES REFRIGERADA, AGULHA COM SENSOR DE DETECÇÃO DE NÍVEL DE LÍQUIDO E PROTEÇÃO CONTRA COLISÃO, 220W, EQUIPAMENTO POSSUI ISE E REALIZA HEMÓLISE, SOFTWARE EM WINDOWS, APRESENTAR CATALAGO, DESCRITIVO OU MANUAL TÉCNICO COM AS ESPECIFICAÇÕES E INSTALAÇÃO E TREINAMENTO INCLUIDOS.	R\$ 103.300,00
---	---	------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------



DIAGGOIÁS DIAGNÓSTICOS CIENTÍFICOS LTDA-EPP,  
CNPJ: 04.679,172/0001-94 I.E.: 10,344,878-0

A Recorrente alega em seu recurso que não há no folder do equipamento apresentado pela empresa DIAGGOIÁS, vencedora do certame, a informação de que o mesmo realiza hemólise, e ainda que a função ISE consta apenas como função opcional do equipamento, entretanto o equipamento possui as duas funcionalidades, conforme verificado pelo Pregoeiro e sua equipe em sua diligência realizada no momento do pregão, a qual consta nos documentos do processo.

Cumprido destacar que por todos os princípios que regem as compras públicas, o principal deles é a contratação da proposta mais vantajosa, como traz o próprio objeto do presente pregão, sendo que a proposta mais vantajosa engloba o atendimento do equipamento aos requisitos mínimos do edital, bem como o melhor preço, itens esses que foram plenamente atendidos pela Recorrido, conforme se demonstrará, razão pela qual a empresa DIAGGOIÁS deve ser mantida como vencedora do item nº 4 do certame.

### **3. DA FUNDAMENTAÇÃO**

#### **3.1 Da Contratação da Proposta Mais Vantajosa ao Erário Público e da Previsão Legal de Diligência pelo Pregoeiro contida no artigo 43, § 3ª da Lei 8.666/93.**

Conforme narrado nos fatos, o objetivo da presente licitação é a contratação da proposta mais vantajosa para a Administração Pública, visando assim, uma maior economia para o Erário Público. Cumprido destacar, que além de o equipamento possuir todas as funções conforme preconiza o Edital, a empresa DIAGGOIÁS apresentou o folder e a descrição das funções do equipamento em sua proposta, quais sejam, realiza hemólise e possui a função ISE (o fato de ser opcional significa que possui essa função e não o contrário), além de ter apresentado a melhor proposta ao FMS de Ouvidor/OG.

Destaca-se mais uma vez o folder do equipamento para demonstrar que o mesmo atende às estritas exigências do Edital:


# DIAGGOIÁS

DIAGGOIÁS DIAGNÓSTICOS CIENTÍFICOS LTDA-EPP,  
CNPJ: 04.679.172/0001-94 I.E.: 10.344.878-0

## Audmax evolution

**Compacto e eficiente: uma evolução para o seu laboratório.**

Analizador automático de alto desempenho e baixo consumo para testes bioquímicos e imunoturbidimétricos, com o preparo on board do hemolisado para os testes de HbA1c.



**Alta capacidade e flexibilidade. Velocidade de 180 testes fotométricos/hora ; 540 testes quando combinados com módulo ISE (opcional); Ciclo fixo de leitura; 12 filtros de leitura (340 - 800nm); Bandeja de reagente flexível com até 80 posições; Leitor de código de barras para amostras e reagentes.**

Metadologias

- Permite executar 80 testes colorimétricos, além dos três parâmetros do módulo ISE (opcional);
- Preparo automático do hemolisado para HbA1c;
- Calibrações lineares, não-lineares com visualização gráfica das curvas

Ademais, a empresa tem o direito de apresentar documentação complementar, tendo em vista que apresentou em seu envelope de proposta o folder do equipamento. De modo que o Pregoeiro e sua equipe, observaram a lei 8.666/93 e procederam as diligências previstas no artigo 43, §3º para confirmar durante o transcurso do Pregão se de fato o equipamento atendia às exigências mínimas do Edital, e confirmaram aquilo que fora apresentado na proposta da empresa conforme item "9 – Das Ocorrências na Sessão Pública" subitem 2, senão vejamos:

2 - De igual modo, a empresa DIAGGOIÁS DIAGNÓSTICOS CIENTÍFICOS LTDA - EPP apresentou proposta para o item 4 - e anexou o folder desatualizado do produto contendo as especificações do modelo do equipamento **LABTEST MODELO AUDMAX EVOLUTION** e, após a conferência procedida pela responsável pelo Departamento do Laboratório, houve questionamento se o equipamento constante da proposta apresentada pela empresa **DIAGGOIÁS** realizaria hemólise, conforme item solicitado no termo de referência e nas especificações mínimas previstas no instrumento convocatório. Neste momento, a empresa, por seu preposto, informou que o equipamento possuía esta funcionalidade, tendo o pregoeiro se diligenciado e conferido na internet as especificações detalhadas do modelo ofertado, constatando que este atende as especificações mínimas contidas no edital.

Desse modo, para constar e comprovar as diligências feitas relacionadas quanto análise da aceitabilidade das propostas apresentadas, especialmente em relação aos itens 4, 5 e 6, o pregoeiro solicitou a juntada das pesquisas realizadas no momento da sessão, inclusive esclarecendo as partes sobre a possibilidade de realização de diligências para verificação da conformidade das propostas e sua aceitabilidade, visando garantir a obtenção da proposta mais vantajosa para a administração e o cumprimento das disposições previstas no edital.

Rua 255, nº 763 – Setor Coimbra – Goiânia – Goiás – CEP 74.533-150  
e-mail: [licitacao@diaggoias.com.br](mailto:licitacao@diaggoias.com.br) – Telefax: 0XX62-3946-4855



DIAGGOIÁS DIAGNÓSTICOS CIENTÍFICOS LTDA-EPP.  
CNPJ: 04.679.172/0001-94 I.E.: 10.344.878-0

Ainda, a empresa enviou um documento complementar, conforme permite a lei, com as informações mais atualizadas da máquina proposta para auxiliar na verificação da diligência. Assim, não pode o princípio da economicidade ser rebaixado em detrimento de mera formalidade, pois causaria enorme prejuízo ao erário público, razão pela qual os princípios norteadores da licitação devem ser sempre observados com rigor.

Assim sendo, se a empresa apresenta um equipamento que apresenta características exigidas no Edital, jamais ela poderá ser desclassificada da licitação, desta feita, não pode a Recorrente deixar de lado os princípios basilares das compras públicas, quanto menos os ditames legais que orientam o trabalho do Pregoeiro e sua equipe por mero desagrado de ver a lei ser cumprida.

#### 4. CONCLUSÃO

Requer seja julgado improcedente os pedidos da Recorrente, de modo a manter a decisão proferida pelo Pregoeiro, para confirmar como vencedora do item nº 4 da Licitação nº 013/2021, a empresa **DIAGGOAIS DIAGNÓSTICOS CIENTÍFICOS LTDA – EPP.**

Nestes termos,

Pede deferimento.

De Goiânia/GO para Ouvidor/GO, 29 de outubro de 2021.

**DIAGGOAIS DIAGNÓSTICOS CIENTÍFICOS LTDA – EPP**

CNPJ nº 04.679.172/0001-94

Anna Christina Marcos de Oliveira

Sócia/Proprietária